

WYKONAWCY

Znak sprawy: 3/2024

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605ze zm.) pn. „Dostawa sprzętu medycznego dla Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego”.

Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego z siedzibą przy ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice zwana dalej "Zamawiającym" działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605ze zm., dalej: „ustawa”) w związku z pytaniami od Wykonawcy udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Pozycja nr 19 - Lampa bezcieniowa - 1 szt.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową LED o poniższych parametrach:

Natężenie światła z odległości 0.5m 105 000lx

Temperatura barwowa do wyboru 4000 /4.500 K

Współczynnik odwzorowania barwy 95 Ra

Średnica oświetlanego pola w odległości 50 cm Ec (d10) 150 mm

Zasilanie: 220-230V

Pobór moc 20VA

Stojak jezdny z kołami z blokadą

Długość gęsiej z mocowaniem 95cm

Przeznaczona jest do pracy w gabinetach lekarskich, salach zabiegowych, opatrunkowych, izbach przyjęć, gabinetach weterynaryjnych, salonach kosmetycznych

Są to parametry lepsze od wymaganych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza lampę o w/w parametrach.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

KANCLERZ
Akademii Nauk Stosowanych
Stefana Batorego

mgr inż. Jacek Smiłowski